

Bestandsliste Nr. 4 von 5

Anhang 1 zum Vertrag

Datum: 14.07.2026

LAVES - Institut für Bedarfsgegenstände
Vertrag für Wartung und Inspektion der Labortechnischen Anlagen

Bestandsliste für

Labortechnische Anlagen KG 474, Gefahrstoff-Sicherheitsschränke

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

1. Standort

Räume: EG: 0.61, 0.65 / 1.OG: 1.28 / 2.OG: 2.14, 2.16 / 3.OG: 3.18, 3.51

2. Hersteller/Typ:

3. Baujahr

4. Allgemeine Beschreibung/Nutzung:

Für die Lagerung von Gefahrstoffen in den Laboratorien und zur Bereitstellung von Entsorgungsbehältern werden Chemikalien-Sicherheitsschränke eingeplant. Für brennbare Flüssigkeiten werden diese nach DIN EN 14470-1 entweder als Unterbauschränke unter den Abzügen oder als Hochschränke geplant (Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten). Für Säuren und Laugen werden ebenfalls spezielle Schränke in korrosionsgeschützter Ausführung vorgesehen. Alle Sicherheitsschränke erhalten einen Abluftanschluss, der eine Absaugung über 24 Stunden sicherstellt.

5. Technische Daten:

Räume und Typen: EG: 0.61 (CM, 2x CL), 0.65 (CF); 1.OG: 1.28 (CL); 2.14 (CF), 2.16 (CL); 3.OG: 3.18 (CF), 3.51 (CF). Typen: Chemikalien-Sicherheitsschrank für feste Stoffe Typ CF, Chemikalien-Sicherheitsschrank für aggressive Chemikalien (Säuren/Laugen) Typ CM, Chemikalien-Gefahrstoffschrank nach EN DIN 14470, FWF 90 für Lösungsmittel ohne Aufsatzschrank Typ CL.

Deckblatt für Arbeitskarte Nr. 4 von 5

Anhang 2 zum

Datum:

14.07.2026

Warten der Labortechnischen Anlagen

Arbeitskarte für

KG 474 Labortechnische Anlagen, Gefahrstoff-Sicherheitsschränke Nr. 4

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Besondere Hinweise für die Kostengruppe

Eingabefelder sperren

Arbeitskarte für KG 474 Labortechnische Anlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	

4	0	0	0	Gefahrstoff-Sicherheitsschrank							
4	0	0	1	Überprüfung des Brandschutztellerventils auf Funktion				X			
4	0	0	2	Überprüfung Schmelzlotauslöser				X			
4	0	0	3	Überprüfung der Türschließung auf Funktion				X			
4	0	0	4	Überprüfung Feuerschutzriegel				X			
4	0	0	5	Überprüfung Brandschutzstreifen				X			
4	0	0	6	Überprüfung der Abluftanlage auf Funktion				X			