

Bieterfragen zur Ausschreibung über die Lieferung von einem Computertomographen (CT)



Projekt-/Ausschreibungsnummer:

2025-AKHH-01-A01

Lfd.-Nr.	Bieterfrage	Antwort	Bezug	Eingang der Bieterfrage [Datum]
1	Aufgrund der Ferien- und Urlaubszeit bitten wir daher um eine Submissionsverlängerung um 14 Tage.	Auf Grund der Außerbetriebnahme des bestehenden Systems und dem damit zwingend verbundenen Austausch/Ersatz, welcher im direkten zeitlichen Zusammenhang mit der Neuanschaffung steht, wird Ihrer pauschalen Bitte um Verlängerung der Angebotsfrist auf Grund von Urlaubs- und Ferienzeit nicht stattgegeben.	Allgemein, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, Auftragsbekanntmachung	12.01.2026
2	Unter Punkt CH. 1.10.1 in Zeile 152 fordern Sie ein Doppelmonitor-System oder ein Large-Display (mind. 32") für die Intervention. Unser Interventionssystem arbeitet mit einem 24" Monitor, erfüllt aber sonst alle Vorgaben. Wir bitten um Bestätigung, dass dies nicht zum Ausschluss führt.	Bei dem ausgeschriebenen Doppelmonitor-System oder dem Large-Display (mind. 32") geht es darum, dass während der Untersuchung bzw. der Intervention parallel das Livebild und das Referenzbild dargestellt werden können um einen entsprechenden Erfolg der Intervention zu maximieren. Dabei sind entweder zwei unabhängig voneinander zu belegende Monitore oder ein entsprechend großes Large-Display (mind. 32") verpflichtend anzubieten, um nicht vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen zu werden.	Leistungsverzeichnis Lfd.-Nr.: CH.1.10.1	12.01.2026
3	Unter Punkt CH.1.10.3 in Zeile 154 fordern Sie eine longitudinale Verfahrbarkeit und einen transversalen Schwenkbereich des Deckenstativs. Unser System arbeitet mit einem fixen Deckenstempel mit zwei Armen (Trag- und Federarm) , mit der alle sinnvollen Positionen der Deckenampel erreicht werden können. Wir bitten um Bestätigung, dass unter diesen Umständen auf die longitudinale Verfahrbarkeit verzichtet werden kann.	Gefordert ist gemäß Leistungsverzeichnis zwingend entweder eine longitudinale Verfahrbarkeit des Deckenstativs oder ein transversaler Schwenkbereich des Deckenstativs. Nach unserem Verständnis führt die Aufhängung an einem fixen Deckenstempel mit zwei Armen (Trag- und Federarm), mit der alle sinnvollen Positionen der Deckenampel erreicht werden können nicht zum Ausschluss vom Vergabeverfahren und ist somit zulässig im Sinne dieser Ausschreibung.	Leistungsverzeichnis Lfd.-Nr.: CH.1.10.3	12.01.2026
4	Unter Punkt CH.1.10.10 fordern Sie Fluoroskopische Aufnahmen. Aus Dosisgründen verzichten wir auf die Möglichkeit der dauerhaften Durchleuchtung und bieten einen Step and Shoot Modus an, der mit jeder Scanauslösung eine voreingestellte Menge an Bildern, bis zu einer Volumenabdeckung von 40mm erzeugt. „Dauerstrahlung“ wird so vermieden. Eine erneute Strahlauslösung ist jederzeit möglich. Für komplizierte Interventionen bietet unser Gerät ein intuitives 3D Needle Tracking. Wir bitten um Bestätigung, dass unter den vorgenannten Bedingungen eine nicht vorhandene Fluoroskopie nicht zum Ausschluss führt.	Die fluoroskopischen Aufnahmen (Durchleuchtung) sind dynamische Röntgenbilder in Echtzeit, die bewegte Einblicke in den Körper ermöglichen, im Gegensatz zu statischen Röntgenbildern. Sie nutzen kontinuierliche Röntgenstrahlen, um die Funktion von Organen (wie Verdauungstrakt, Herz) und die Bewegung von Strukturen (wie Gelenke, Atemwege) darzustellen, oft unter Verwendung von Kontrastmitteln für bessere Sichtbarkeit. Die Technologie dient zur Überwachung und Steuerung von Interventionen. Das von Ihnen beschriebene Step and Shoot System ist dem der zwingend geforderten fluoroskopischen Aufnahmen somit nicht identisch und führt in der Folge zum Ausschluss vom Vergabeverfahren, da sich mit dem von Ihnen beschriebenen Verfahren nicht das geforderte, vollständige diagnostische Spektrum sowie die Überwachung und Steuerung der Interventionen lückenlos gewährleisten lässt.	Leistungsverzeichnis Lfd.-Nr.: CH.1.10.10	12.01.2026