

Projekt-Nr.:	BA3.1			
Bauherr:	DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU			
Projekt:	Neubau OP-Zentrum und MVZ - Klinikum Dingolfing			
VE/Gewerk:	VE3.1-409b / Narkosegeräte inkl. Monitoring			
Inhalt	Bieterfragen			
Stand	05.02.2026			
Nr.	vom	Anfrageninhalt	Antwort Planer / PS	Festlegung VS / AG
	04.02.2026	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>bei Durchsicht der Unterlagen sind die nachfolgenden Fragen aufgetreten, um deren Beantwortung wir bitten:</p>	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>zu Ihren Fragen nehmen wir wie folgt Stellung:</p>	<b>wie beschrieben</b>
1.	04.02.2026	<p>1. Einzureichende Unterlagen Gemäß der Datei „3.1_409_01 Anästhesie AP + Monitoring Leistungsverzeichnis Vers.7“ sollen unter anderem Referenzen eingereicht werden. Dort findet sich folgende Formulierung.</p> <p>„Der Nachweis von Unternehmenreferenzen hat ausschließlich mittels vollständig ausgefüllter Beilage "Referenznachweis" zu erfolgen. Der Bieter hat den Nachweis über mind. Referenzprojekte die mit den im entsprechend der angebotenen Fabrikate/Gerätetypen oder technisch mindestens gleichwertig mit den im Leistungsverzeichnis geforderten Mindestanforderungen zu erbringen. Der Bieter hat den Nachweis über mindestens 4 Referenzprojekte für die Lieferung und – sofern notwendig – die Montage und Aufstellung sowie die Inbetriebnahme von mit den verfahrensgegenständlichen Leistungen vergleichbaren Produkten zu erbringen.“</p> <p>Es fehlt im zweiten Satz die Mindestanzahl der Referenzen. Wir bitten insofern um Bestätigung, dass insgesamt 4 vergleichbare Referenzen einzureichend sind.</p> <p>Gleichzeitig bitten wir um Bestätigung, dass es keine Beilage „Referenznachweis“ gibt und die Referenznachweise formlos erbracht werden können.</p>	<p>Hiermit bestätigen wir, dass 4 Referenzprojekte einzureichen sind und die Referenznachweise formlos erbracht werden können.</p>	<b>wie beschrieben</b>

Projekt-Nr.:	BA3.1			
Bauherr:	DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU			
Projekt:	Neubau OP-Zentrum und MVZ - Klinikum Dingolfing			
VE/Gewerk:	VE3.1-409b / Narkosegeräte inkl. Monitoring			
Inhalt	Bieterfragen			
Stand	05.02.2026			
Nr.	vom	Anfrageninhalt	Antwort Planer / PS	Festlegung VS / AG
2.	04.02.2026	<p>2. Einzureichende Unterlagen</p> <p>Gemäß der Dateien „3.1_409_01 Anästhesie AP + Monitoring Leistungsverzeichnis Vers.7“ und „Formblatt 124“ in Verbindung mit „Formblatt 216“ sollen Referenzen eingereicht werden. Für die Referenzbeschreibung werden inhaltliche Mindestanforderungen definiert, die typisch für Bauleistungen sind.</p> <p>Die hier ausgeschriebene Leistung wird jedoch marktüblich als Liefer- und Dienstleistung beschafft, so dass eine „Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal)“ regelmäßig nicht möglich ist.</p> <p>Das Formblatt 444, an dem sich die Referenzbeschreibung laut „124“ orientieren soll, wurde nicht für diese Art der Leistungen entwickelt. Wir bitten insofern um Bestätigung, dass es hier ausreichend ist, den Umfang der Lieferleistung zu beschreiben und weitere Angaben nicht erforderlich sind.</p>	<p>Siehe dazu die Antwort von Punkt 1. Die Referenznachweise sind formlos zu erbringen. Eine Beschreibung des Umfangs der Leistung wäre ausreichend.</p>	wie beschrieben
3.	04.02.2026	<p>3. Einzureichende Unterlagen</p> <p>Gemäß der Aufforderung zur Angebotsabgabe sowie dem „Formblatt 216“ ist das Formblatt „248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten“ mit dem Angebot einzureichen. Wir bitten um Bestätigung, dass dies ausschließlich dann einzureichen ist, wenn Holzprodukte zum Einsatz kommen und das Formblatt nicht einzureichen ist, wenn keine Holzprodukte verwendet werden.</p>	<p>Hiermit bestätigen wir, dass das Formblatt "248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten" nicht einzureichen ist, wenn keine Holzprodukte verwendet werden.</p>	wie beschrieben

Projekt-Nr.:	BA3.1			
Bauherr:	DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU			
Projekt:	Neubau OP-Zentrum und MVZ - Klinikum Dingolfing			
VE/Gewerk:	VE3.1-409b / Narkosegeräte inkl. Monitoring			
Inhalt	Bieterfragen			
Stand	05.02.2026			
Nr.	vom	Anfrageninhalt	Antwort Planer / PS	Festlegung VS / AG
4.	04.02.2026	<p>4. Ersatz- /Verschleißteilgarantie</p> <p>Gemäß der Datei „3.1_409_01 Anästhesie AP + Monitoring Leistungsverzeichnis Vers.7“ garantiert der Bieter, dass er innerhalb eines Zeitraumes von mindestens * Jahren nach Abnahme sämtliche Ersatz- oder Verschleißteile nachliefern kann. Diese Garantie gilt auch für nicht mehr produzierte Teile.</p> <p>Wir bitten um Angabe welche Anzahl von Jahren hier mindestens gefordert wird.</p>	Es ist eine Ersatzteilgarantie von 10 Jahren gefordert.	wie beschrieben
5.	04.02.2026	<p>5. Preisanpassungsklausel</p> <p>Wir bitten um Bestätigung, dass auf S. 6 f. der der Datei „3.1_409_01 Anästhesie AP + Monitoring Leistungsverzeichnis Vers.7“ in dem Satz „Danach wird das Pauschalentgelt für Wartungsleistungen nach dem vom statistischen Bundesamt Destatis monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2020 (VPI 2020)“ das fehlende Verb „angepasst“ heißen soll.</p>	Ihre Annahme ist korrekt.	wie beschrieben
6.		<p>6. Formblatt „423 Abschlagszahlungs- Vorauszahlungsbürgschaft“</p> <p>Gemäß der Datei „214.H Besondere Vertragsbedingungen“ sind bei Auftragseingang Vertragserfüllungs- und Mängelbürgschaften einzurichten. Die dafür zu verwendenden Formblätter 421 und 422 wurden zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde auch das Formblatt 423 für eine Abschlagszahlungs- Vorauszahlungsbürgschaft zur Verfügung gestellt. Den Vergabeunterlagen ist nicht zu entnehmen, dass eine solche Bürgschaft einzurichten ist. Wir bitten insofern um Bestätigung, dass das Formblatt unberücksichtigt bleiben kann und keine solche Bürgschaft gefordert ist.</p>	Das Formblatt FB 214.H (2)_WBV VOB_4 Jahre Gewährleistung kann bei der Angebotsabgabe unberücksichtigt bleiben und es werden keine Bürgschaften gefordert.	wie beschrieben

Projekt-Nr.:	BA3.1			
Bauherr:	DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU			
Projekt:	Neubau OP-Zentrum und MVZ - Klinikum Dingolfing			
VE/Gewerk:	VE3.1-409b / Narkosegeräte inkl. Monitoring			
Inhalt	Bieterfragen			
Stand	05.02.2026			
Nr.	vom	Anfrageninhalt	Antwort Planer / PS	Festlegung VS / AG
7.		7. Versicherungsbestätigung In der Datei „FB 214.H (2)_WBV VOB_4 Jahre Gewährleistung“ wird bei Auftragseingang der Nachweis einer Versicherungsbestätigung mit einer Deckungssumme von 3 Mio. EUR für Personen und sonstige Schäden verlangt. Wir bitten insofern um Bestätigung, dass unter „sonstigen Schäden“ Sach- und Vermögensschäden zu verstehen sind und eine 2-fache Maximierung der Versicherungssummen nachzuweisen ist.	Das Formblatt FB 214.H (2)_WBV VOB_4 Jahre Gewährleistung kann bei der Angebotsabgabe unberücksichtigt bleiben.	wie beschrieben
8.		8. Rechnungsabzüge In der Datei „FB 214.H (2)_WBV VOB_4 Jahre Gewährleistung“ werden auf Seite 2 Rechnungsabzüge für Bauwesenversicherung und Baustrom/Bauwasser festgelegt. Gegenstand der hier ausgeschriebenen Leistung ist eine klassische Lieferleistung. Die hier aufgeführten Rechnungsabzüge wären in der Kalkulation zu berücksichtigen. Wir bitten insofern um Bestätigung, dass diese Abzüge nicht erfolgen.	Das Formblatt FB 214.H (2)_WBV VOB_4 Jahre Gewährleistung kann bei der Angebotsabgabe unberücksichtigt bleiben.	wie beschrieben
9.		9. Bautagebuch Gegenstand der hier ausgeschriebenen Leistung ist eine klassische Lieferleistung. Wir bitten insofern um Bestätigung, dass entgegen der Forderung in der Datei „FB 214.H (2)_WBV VOB_4 Jahre Gewährleistung“ kein Bautagebuch zu führen und vorzulegen ist.	Das Formblatt FB 214.H (2)_WBV VOB_4 Jahre Gewährleistung kann bei der Angebotsabgabe unberücksichtigt bleiben.	wie beschrieben
10.		10. Formblatt 217  Gemäß der Datei „211EU Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU_Hochbau“ soll das Formblatt „217 COVID bedingte Mehrkosten“ eingereicht werden. Dieses wurde nicht zur Verfügung gestellt. Wir bitten daher um Bestätigung, dass vom Einreichen abzusehen ist.	Der Check bei Formblatt 217 ist ein Tippfehler. Daher bestätigen wir, dass eine Einreichung des Formblatts 217 bei der Angebotsabgabe nicht erforderlich ist.	wie beschrieben