

An alle Bieter  
Gewerk 47322 Medienversorgungseinheiten

17.02.2026

**RBK - Erweiterung NAZ  
2025-108-P-RBK  
47322 Klarstellung Bieterfragen vom 16./ 17.02.2026**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Kalkulation Ihres Angebots bitten wir nachfolgende  
Klarstellung von Bieterfragen zu berücksichtigen:

**Bieterfrage 1:**

Aus den Ausschreibungsunterlagen geht leider nicht hervor, wie viele  
beigestellte Entnahmestellen pro Versorgungseinheit zu berücksichtigen  
sind. Wir bitten Sie daher um eine kurze Rückmeldung, damit wir dies  
entsprechend berücksichtigen können.

**Klarstellung zu 1:**

Die Bestückung erfolgt gemäß dem Leistungsverzeichnis beigefügten  
Plan.

Pro Medienversorgungseinheit sind folgende Gasentnahmestellen  
benötigt: 2x Air und 2x Sauerstoff

**Medienversorgungseinheit (MVE),  
vertikal**

Elektro

- 2 x 230Vsv
- 4 x 230Vav
- 4 x EDV-Port
- 6 x PA
- 1 x SWR

Med. Gase

- 2 x Air
- 2 x O2

**Jeggle Architekten  
und Partner mbB**

Hindenburgstraße 37  
71394 Kernen i.R.

**Fon & Fax**

+49. 07151. 209 97.0  
+49. 07151. 209 97.20

**Internet**

www.jeggle-architekten.de  
mail@jeggle-architekten.de

**Bankverbindungen**

Kreissparkasse Waiblingen  
IBAN:  
DE54 6025 0010 0015 0854 98  
BIC:  
SOLADES1WBN

Volksbank Stuttgart eG

IBAN:  
DE76 6009 0100 1192 8050 03  
BIC:  
VOBADESS

**Steuer-Nr.**

90489/30739

**Bieterfrage 2:**

gibt es Informationen darüber - in welcher Optik / Farbe / Design die Frontseite der Medienversorgungseinheit gestaltet werden soll.

Ist hier ein RAL Farbton z.B. 9006 / 9010 etc.... möglich oder wird eine spezielle Optik gewünscht wie z.B. Holzdekor etc.?

**Klarstellung zu 2:**

Die Farbe ist noch nicht festgelegt.

Die Ausführung hat in einem RAL-Farbton nach Wahl zu erfolgen; Holzdekor oder vergleichbare Oberflächen sind nicht geplant.

Die Front ist pulverbeschichtet und in einer desinfizierbaren Ausführung herzustellen.

Freundliche Grüße aus Kernen-Stetten



JEGGLE ARCHITEKTEN und Partner mbB  
Elvira Stopper