

Neubau Zentralklinikum Lohr am Main
CT, MRT, Röntengeräte, Angiographiegeräte

Objekt:

Zentralklinikum Lohr am Main
Am Sommerberg
9716 Lohr am Main

Anlagen:

- **CT, MRT, Röntengeräte, Angiographiegeräte**

Hersteller/Fabrikat:

Vertragslaufzeit:

8 Jahre

Wartungsumfang:

Die Wartung erfolgt gemäß den Herstellervorgaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (MPDG, MPBetreibV, Unfallverhütungs- und VDE-Vorschriften).

Die Wartung umfasst insbesondere:

- Inspektionen zur Feststellung des Ist-Zustandes
- Sicherheitstechnische Kontrollen (STK) und Messtechnische Kontrollen (MTK) nach Medizinproduktegesetz (MPG) / Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung (MPBetreibV)
- Wartungsarbeiten im Rahmen der Inspektion nach Herstellerangaben
- Wartungsintervall nach Herstellerangaben
- TÜV-Prüfungen
- Austausch von Ersatzteilen bei Instandsetzungsarbeiten (Materialkosten sind in Rechnung zu stellen)
- Die Wartung erfolgt innerhalb der Regelarbeitszeiten
- Arbeitsaufwand ist während der Regelarbeitszeiten im Preis enthalten
- An- und Abfahrtszeiten sind innerhalb der Regelarbeitszeiten im Preis enthalten
- Entsorgung der alten Ersatzteile
- Bereitstellung eines Notdienstes (Arbeitsaufwand und Materialkosten sind separat in Rechnung zu stellen)
- Übermittlung eines Inspektionsberichts per E-Mail
- Übermittlung Prüfprotokoll der sicherheitstechnischen Kontrolle (STK) und messtechnische Kontrolle (MTK) per E-Mail
- telefonische Hotline zur Beantwortung von technischen und bedienungsrelevanten Fragen
- eine Ersatzteilliefer- und Servicegarantie ab Geräteaufstellung für mindestens 15 Jahre ist zu gewähren

Reaktionszeiten bei Störungen:

- Reaktionszeit (Fehleranalyse vor Ort): max. 12 Stunden ab Meldung
- Behebungszeit bei kritischen Störungen: max. 1 Werktag

Nachweis und Dokumentation:

- Vollständige Wartungsprotokolle (Papier/Digital)
- Mängelliste mit Handlungsempfehlungen

Neubau Zentralklinikum Lohr am Main
CT, MRT, Röntgengeräte, Angiographiegeräte

- Einhaltung der Form nach VHB 242.H

Beizufügende Unterlagen vom Wartungsanbieter:

- Muster-Wartungsvertrag des Anbieters, abgestimmt auf diese Anforderungen

Ansprechpartner:

- Benennung eines zentralen Ansprechpartners zur Einleitung von Reparatur-, Wartungs- oder Servicearbeiten für alle ausgeschriebenen Geräte.

Ort, Datum:

Firma (Wartungsdienstleister):

Verantwortlicher Ansprechpartner (Name, Kontakt):

Unterschrift:
