



1. Hinweisblatt (Stand 24.02.2026)

<u>Lfd. Nr.:</u>	<u>Bezug</u>	<u>Frage:</u>	<u>Antwort</u>
		1. Hinweisblatt (STAND 24.02.2026):	
1	Leistungsbeschreibung	Die Dentaleinheiten werden laut Leistungsbeschreibung ohne Stahlaufstellplatte angefragt. Grundsätzlich ist die Montage der Einheiten auch ohne Aufstellplatte möglich. Aus Erfahrungen vergangener Projekte wissen wir jedoch, dass es in Einzelfällen sinnvoll ist, die Stahlaufstellplatte einzusetzen. Wäre es möglich, eine separate Option für die Stahlaufstellplatten mit aufzunehmen, die nur nach Bedarf gezogen wird?	Die Stahlaufstellplatten werden als separate Option aufgenommen. Diese sind einzeln zu bepreisen und werden je nach Bedarf einzeln abgerufen. Hierzu wurden die Leistungsbeschreibung Teil 2 LAfo-ID 319.12 sowie das Produkt- und Leistungsblatt angepasst.
2	Staatenliste	Im Anhang der Ausschreibungsunterlagen ist die Staatenliste aufgeführt. Wir bitten um Bestätigung, dass deutsche Staatsbürger davon nicht betroffen sind, auch wenn sie in einem der Länder, die auf der Staatenliste stehen, geboren wurden.	Gemäß dem Hinweis des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat vom 08.06.2022 dürfen Mitarbeitende des Auftragnehmers, die Angehörige von Staaten im Sinne der Staatenliste sind, nicht mit der Anlieferung beauftragt werden. Somit betrifft die Zutrittsbeschränkung das Vorliegen einer Staatsangehörigkeit. Liegt neben der deutschen Staatsangehörigkeit <u>keine</u> zusätzliche Staatsangehörigkeit eines von der Liste erfassten Staates vor, ist der Geburtsort für den Zutritt zu Liegenschaften der Bundeswehr unkritisch.
3	Lieferorte	Die Empfängerliste enthält unter anderem einen Standort in Litauen. Der Lieferaufwand ist hier wesentlich höher als bei den restlichen Standorten. Gibt es eine Möglichkeit die Dentaleinheiten inkl. Material über den Bundeswehr-Transport nach Litauen zu liefern? Alternativ würden wir darum bitten hier eine	Eine gesonderte Lieferposition für Auslandsstandorte (Bspw. Shape in Belgien, Rukla in Litauen) wurde in der Leistungsbeschreibung Teil 2 LAfo-ID 319.8 sowie dem Produkt- und Leistungsblatt aufgenommen aufgenommen.



		gesonderte Lieferposition im LV mit aufzunehmen.	
4	Leistungsbeschreibung	Die Leistungsbeschreibung gibt unter Punkt 319.3 an, dass die zu ersetzenden Behandlungseinheiten vom AN zu demontieren sind. Können Sie angeben, mit wie vielen Demontagen zu rechnen ist? Wie wird der Fall gehandhabt, wenn Demontage und Neumontage nicht direkt hintereinander erfolgen können, da bauliche Veränderungen / Anpassungen vorgenommen werden müssen? Da die Demontage im Preisblatt nicht konkret aufgeführt wird, müssten diese Kosten in die Montagekosten mit eingerechnet werden. Falls die zu erwartende Anzahl noch nicht bekannt ist, wäre es auch eine Möglichkeit, die Demontage als separate Leistung im Leistungsblatt aufzunehmen und nur nach Bedarf abzurufen, um die Gesamtkosten zu reduzieren.	Die Demontage zu ersetzender Behandlungseinheiten wird als separate Option aufgenommen. Die Demontage ist pro zu ersetzende Behandlungseinheit zu kalkulieren und zu bepreisen. Der Abruf erfolgt dann nach Bedarf des jeweiligen Standortes. Leistungsbeschreibung Teil 2 LAfo-ID 319.3 sowie Produkt- und Leistungsblatt wurden entsprechend angepasst.
5	Produkt- und Leistungsblatt	Im Leistungsblatt und der Leistungsbeschreibung werden die An- und Abfahrten von den Leistungen wie Installationsplanung, Installation und Mehraufwände ausgeschlossen. Werden die An- und Abfahrten je Leistung oder je Standort abgerufen? Wir verstehen es wie folgt: Standort X soll ausgestattet werden. Daher wird die Installationsplanung plus zusätzlicher Anfahrt beauftragt. Im nächsten Schritt wird die Installation plus zusätzlicher Anfahrt beauftragt. Sollte ein Mehraufwand entstehen, wird dieser wieder separat mit zusätzlichen An- und Abfahrten beauftragt. Oder wird die An- und Abfahrt nur einmal für jeden Standort abgerufen und sind damit dann sämtliche An- und Abfahrten zu den Standorten	Die An- und Abfahrten werden je Leistung abgerufen. Die Anwendereinsweisungen sind ohne An- und Abfahrt zu berechnen. Für die Anwendereinsweisung wird keine separate An- und Abfahrt abgerufen. Die Geräte (Behandlungseinheiten, Sauganlagen und Kompressoren) werden gesammelt pro Standort beauftragt, sodass hierbei einmal An- und Abfahrt berücksichtigt wird.



		einmalig abgedeckt (auch für verschiedene Projektabschnitte)? Verstehen wir richtig, dass die Anwendereinweisungen ohne An- und Abfahrten zu rechnen sind und sie für diese Position auch nicht abgerufen werden? Würden für die Installation der Saug- und Kompressor-Anlagen auch eigene An- und Abfahrten abgerufen werden oder sollte dies in der Position inkludiert sein?	
6	Leistungsverzeichnis	Verstehen wir richtig, dass weder die Datei "Leistungsverzeichnis.pdf" noch die dazugehörige aidf-Datei im Ausschreibungsprozess mit abgegeben werden müssen? Auch die aidf-Datei muss bei der Abgabe nicht ausgefüllt werden? Ist es ausreichend, die Preise in der Datei PN035_05 einzutragen?	Die Preise sind in der Datei „PN035_05_Produkt- und Leistungsblatt_Anlage 2 zur RV“ zu hinterlegen. Zudem ist es erforderlich die aidf-Datei zu befüllen. Die Befüllung der Datei „Leistungsverzeichnis.pdf“ ist <u>nicht</u> erforderlich.