



Universität Jena · Dezernat Finanzen und Beschaffung · 07737 Jena

Dipl.-Kfm. (FH) Ronny Lange
Abteilung Einkauf

Leutragraben 1
07743 Jena

Telefon: 0 36 41 9-312 21
Telefax: 0 36 41 9-312 42
E-Mail: ronny.lange@uni-jena.de

An alle Interessenten

Jena, 23. Februar 2026

Bieterinformation

AZ: N-ÖA/2026-30

**Antwort der Vergabestelle zu einem eingegangenen Auskunftersuchen (Bieteranfrage),
Änderung/Ergänzung der Vergabebedingungen und Verlängerung der Angebots- sowie der
Zuschlags-/Bindefrist**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur o.g. Ausschreibung ist uns eine Bieterfrage zugegangen, die wir Ihnen in dieser Bieterinformation zur Verfügung stellen und wie folgt beantworten wollen:

Bieterfrage:

Wir beabsichtigen, ein externes Bias-Tee anzubieten. Für die Auswahl des passenden Modells sowie des geeigneten Anschlusses benötigen wir jedoch eine nähere Angabe zur geforderten DC-Spannung (bzw. zum vorgesehenen Spannungsbereich), die über das Bias-Tee eingespeist werden soll.

Wir bitten Sie daher um Mitteilung, welche Spannung bzw. welcher Spannungsbereich vorgesehen ist.

Antwort:

Wir benötigen mind. 10 V DC.

Folgende Anpassungen bzw. Änderungen/Ergänzungen an den Mindestanforderungen (↗ Anlage 2 - Leistungsverzeichnis, Ziffer 2, Gerätespezifikationen Nr. 7, 8 und 9) nehmen wir ferner vor:

Zu 7. und 8.:

- Anschlüsse von Typ K oder 2,92 mm oder 2,4 mm erfüllen neben den Typ V / 1.85 mm Steckverbindern auch den Zweck der Ausschreibung.
- Das Bias Tee soll dieselben HF-Steckverbinder wie der Signalgenerator haben.
- Das geforderte Bias Tees kann als Kelvin Bias Tee (für präzise DC-Messung) ausgeführt sein. Zur Erfüllung der Mindestanforderung genügt jedoch ein gewöhnliches Bias Tee.

Zu 9.:

- Für den Stand-Alone-Betrieb erfüllt die Möglichkeit zur Verbindung eines externen Monitors über VGA / HDMI / DisplayPort an Stelle eines eingebauten Displays auch den Zweck der Ausschreibung.
 - Bitte beachten Sie jedoch, dass eine ausschließliche Bedienmöglichkeit über Remote GUI nicht ausstreichend ist.
 - Bitte beachten Sie auch, dass das Gerät zusätzlich über eine python API oder SPCI-Befehle bedienbar sein soll (Nr. 11).



Zudem werden folgenden Fristen verlängert:

Angebotsfrist neu: **06.03.2026, 10:00 Uhr**

Die Frist zur Einreichung der Angebote endet am 06.03.2026 um 10:00 Uhr.

Zuschlags-/Bindefrist neu: 06.04.2026

Der Bieter ist bis zum 06.04.2026 an sein Angebot gebunden

Die o. g. Mitteilungen ersetzen bzw. ergänzen die Vergabeunterlagen entsprechend und werden somit bei späterer Auftragserteilung ebenfalls Vertragsgegenstand. Wir bitten daher um entsprechende Beachtung im Rahmen der Angebotserstellung.

Mit freundlichen Grüßen
i. A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Fy'.