

BAAINBw						Q/U2EF/R8952	
Antworten auf Bieterfragen							
Lfd. Nr.	Datum	Afo.	Frage	Antwort U7.3	Antwort U2.5		
1	Frage vom 04.11.2025		Wir können leider die Dateien: "Los 1 Stückliste Nuklearmedizin V1.0" und "Los 2 Stückliste Radiologie V1.0" nicht laden. Können Sie bitte diese Dateien überprüfen. Vielen Dank		Wir haben die Dateien überprüft und können diese problemlos laden und bearbeiten. Wir haben die Dateien überprüft und können diese problemlos laden und bearbeiten. Bei technischen Fragen und Problemen kontaktieren Sie bitte den Betreiber der E-Vergabeplattform u.a. über den Link „Service“ oder „Kontakt“.		
2	Frage vom 10.11.2025		Wir bitten Sie, die Angebotsfrist um eine Woche bis zum 12.12.2025, 13:00 Uhr, zu verlängern.		Die Angebotsfrist endet am 14.01.2026; 13:00 Uhr. Die Frist für Bieterfragen endet am 06.01.2026.		
3	Frage vom 12.11.2025		Laut den Bieterinformationen vor Zurücksetzung des Verfahrens waren folgende Dokumente erst bei Auftragserteilung auszufüllen oder einzureichen. - Los 1 und 2 Stückliste - jeweilige Stammdatenmatrix - Leistungsverzeichnis - Informationssicherheitskonzept inkl. Anlagen zum Datenschutz Hat dies für das neu einzureichende Angebot weiterhin Bestand?	Das Leistungsverzeichnis muss mit dem Angebot eingereicht werden. Übrige Dokumente müssen erst nach Auftragserteilung eingereicht werden.			
4	Frage vom 12.11.2025	Vertrag	Gehen wir recht in der Annahme, dass wir hier lediglich die gelb markierten Felder ausfüllen müssen, den Vertrag aber noch nicht unterschreiben müssen, da es sich um einen "ENTWURF, noch keine schlussgezeichnete Fassung" handelt? Falls der Vertrag doch unterschrieben werden soll, dürfen wir die Unterschrift mit dem Zusatz "Kenntnisnahme des Vertragsentwurfs, inklusive Anlagen, "noch keine schlussgezeichnete Fassung" versehen?		Mit gelb markierte Passagen des Vertragsentwurfs sind durch den Bieter im Rahmen der Angebotsabgabe auszufüllen. Ich bitte die Angaben in der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zu beachten. Die Unterschrift ist ohne jegliche Zusätze zu leisten. Damit machen Sie den Vertragsentwurf zu einem Teil Ihres Angebotes.		
5	Frage vom 17.11.2025		Gehen wir recht in der Annahme, dass im Gesamtpreis ausschließlich die Zk anzusetzen sind sowie die Inhalte, die konkret ausgewiesen sind, dass sie mitgeliefert/installiert werden müssen und dass die anderen Kriterien, die bspw. mit „muss möglich sein“ u.ä. betitelt sind, nicht eingepreist werden im Gesamtpreis, sondern das System diese Möglichkeit generell erfüllt.		Ihre Bieterfrage ist nicht verständlich formuliert. Bitte konkretisieren Sie Ihre Bieterfrage.		
6	Frage vom 17.11.2025		Gehen wir recht in der Annahme, dass die Angabe der Modalitäten in Bezug auf die Fusionsbildgebung beispielhaft gemeint sind und Fusionsmöglichkeit mit einigen davon beispielsweise mit MRT und CT ausreichend ist.	Es müssen mindestens CT und MRT erzeugte Aufnahmen in das angebotene Ultraschallgerät geladen werden können.			
7	Frage vom 17.11.2025	ID 312.4; 3122.2	Los 1 Nuklearmedizin LOT-0001 Gehen wir Recht in der Annahme, dass wir vergleichbare Technologien zu den Anforderungen Matrix-Sonde anbieten dürfen, wenn diese gleichwertig oder höherwertig sind. Dies betrifft 312.4 und 3122.2 der Nuklearausschreibung.	Ihre Bieterfrage enthält keine Angaben bezüglich MHz Bereich, Eindringtiefe sowie andere technischen Gegebenheiten. Einer Matrix Sonde ohne zusätzliche technische Angaben kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht zugestimmt werden. Bitte erstellen Sie eine erneute Bieterfrage mit technischen Informationen.			
8	Frage vom 17.11.2025	ID 3111.2	Los 2 Radiologie LOT-0002 Gehen wir Recht in der Annahme, dass wir vergleichbare Technologien zu den Anforderungen OLED Monitor anbieten dürfen, wenn diese gleichwertig oder höherwertig sind (3111.2)	Ihre Bieterfrage enthält keine Angaben bezüglich technischen Gegebenheiten. Um welche Technologie handelt es sich? Bitte erstellen Sie eine erneute Bieterfrage mit technischen Informationen.			

9	Frage vom 17.11.2025	ID 3122.1; 312.1; 312.2	Bezogen auf den Punkt 3122.1 bitten wir darum, dass der Frequenzbereich auch von 1,8-3,5 MHz zugelassen wird, da kein diagnostischer Mehrwert aus der kleinen Differenz entsteht, aber dadurch ein wirtschaftlicheres Angebot abgegeben werden kann, da wir in diesem Fall mit der Sonde aus 312.1 auch alle Anforderungen aus 312.2 erfüllen würde. Sollten Sie den Frequenzbereich von 3122.1 auf 3,5 Mhz heruntersetzen, gehen wir davon aus, dass bei Erfüllung aller Kriterien aus 312.1 und 312.2 nur eine Sonde zu liefern ist.	Ihre Annahme wird nicht bestätigt. Die MHz Bereiche sind medizinisch definiert. Nach hiesiger Bewertung ist ein Verlust von mindestens 0,5 MHz für ein Punktionsschallkopf ein Nachteil für Patientensicherheit. Nach unserer Erkenntnis gibt es mehrere Hersteller, die diese marktübliche Leistung erfüllen können.	
10	Frage vom 18.11.2025		Wir bitten um eine Verlängerung der Angebotsfrist um zwei Wochen auf den 18.12.2025 sowie um entsprechende Fristverlängerung für das Stellen von Bieterfragen.		Die Angebotsfrist endet am 14.01.2026; 13:00 Uhr. Die Frist für Bieterfragen endet am 06.01.2026.
11	Frage vom 21.11.2025	ID 312.2; 312.3 und 312.4	Los 1 Unter 312.2 fordern sie eine Linearsonde 8-15MHz, unter 312.4 von min. 20 MHz. Wir haben eine Linearsonde die beide Kriterien erfüllt und auch die 312.3 voll erfüllt. Können wir die Sonde einmal anbieten und damit die 312.2 bis 312.4 erfüllen?	Ihre Bieterfrage enthält keine Angaben bezüglich MHz Bereich, Eindringtiefe sowie andere technischen Gegebenheiten. Ohne zusätzliche technische Angaben kann zum jetzigen Zeitpunkt, ihrer vergleichbaren technischen Lösung nicht zugestimmt werden. Bitte erstellen Sie eine erneute Bieterfrage mit technischen Informationen.	
12	Frage vom 21.11.2025	ID 3124.2	Los 2 Unter 3124.2 fordern sie ein Blickfeld von min. 55mm. Dürfen wir auch ein System anbieten mit 50mm Blickfeld?	Hier handelt es sich um ein Büroübertragungsfehler. Gefordert wird ein Blickfeld von mind. 50 mm. Eine Anpassung in der LB ist erfolgt.	
13	Frage vom 24.11.2025	ID 331.12	Muss die Bildfusion wie unter Punkt 331.12 (Los 1 und 2) gefordert, als Option oder als Standard angeboten werden?	Hier handelt es sich um Muss Forderungen. Diese müssen erfüllt werden.	
14	Frage vom 24.11.2025	ID 312.4	Können bei Los 1 Punkt 312.4 auch Sonden angeboten werden, die ähnlich wie Matrixsonden funktionieren? Eine Schichtdickenfokussierung ist auch mit speziellen Verfahren, aber ohne Matrixsonden heutzutage möglich.	Nein, es muss eine Matrix Sonde angeboten werden. Hier handelt es sich um eine "Soll-" Forderung die nicht erfüllt werden muss. Eine nicht Erfüllung dieser Forderung führt nicht zum Ausschluss, findet jedoch keine Bewertung in der Bewertungsmatrix.	
15	Frage vom 17.12.2025	ID 312.2	Unter 312.2 fordern Sie eine Linearsonde 8-15MHz, unter 312.4 von min. 20 MHz. Wir haben eine Matrix-Linearsonde die einen Frequenzbereich von 4-20 MHz abdeckt und alle Muss-Kriterien der ID 312.2, 312.3 und 312.4 erfüllt. Da es wirtschaftlich keinen Sinn ergibt, die Sonde zweimal anzubieten, können wir die Sonde einmal anbieten und damit die 312.2, 312.3 und 312.4 erfüllen?	Grundsätzlich kann die von Ihnen beschriebene Sonde als technisch vergleichbare und wirtschaftliche Lösung zugelassen werden. Hier muss aber eine schriftliche Bestätigung erfolgen, dass von Ihnen beschriebene Sonde, neben den IDs 312.2 sowie 312.3, die Kapitel 3.1.2.2, 3.1.2.2.1 sowie ID 312.4 der LB vollumfänglich erfüllt. Erstellen Sie bitte eine Bieterfrage mit der schriftlichen Bestätigung des technischen Sachverhaltes um ggf. eine positive Bescheidung zu erhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt kann Ihrer Darstellung noch nicht zugestimmt werden.	