



Universität Jena · Dezernat Finanzen und Beschaffung · 07737 Jena

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) René Fulde
Abteilung Einkauf

Leutragraben 1
07743 Jena

Telefon: 0 36 41 9-312 20
Telefax: 0 36 41 9-312 42
E-Mail: rene.fulde@uni-jena.de

An alle Interessenten

Jena, 26. Februar 2026

Bieterinformation 1

AKZ: EU-OV/2026-27

**Antworten der Vergabestelle zu eingegangenen Auskunftersuchen (Bieteranfragen)
vom 25.02.2026 (beziehungsweise Änderung/ Ergänzung der Vergabebedingungen)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur o.g. Ausschreibung sind uns vor kurzem Bieterfragen zugegangen, die wir Ihnen in dieser Bieterinformation zur Verfügung stellen und wie folgt beantworten wollen:

Fragen:

1. Ist als Lieferbedingung akzeptabel: Lieferung DDP (delivered duty paid) frei Laderampe Universität Jena. Die Verbringung ins Labor erfolgt durch den Kunden. Installation/Einführung in die Bedienung im Labor erfolgt natürlich durch den Service.
2. Ist es akzeptabel, wenn die Einhaltung der geforderten Spezifikationen Pulslänge, Wiederholfrequenz und Astigmatismus nicht während der Installation gezeigt wird, sondern in einem Testblatt des gelieferten Systems dokumentiert ist.
3. Ist es akzeptabel, wenn die Pulslänge im Peak im beigefügten Testdatenblatt mit 140 +/- 20fs dokumentiert ist. Dies erfolgt um irgendwelche Abweichungen mit externen Autokorrelatoren zu kompensieren.

Antworten:

- 1) Die Lieferung frei Laderampe ist für uns in Ordnung. Der Weitertransport ins Labor kann bei Bedarf von uns organisiert werden.
- 2) Es ist technisch akzeptabel, wenn die Einhaltung der Spezifikationen (Pulslänge, Wiederholfrequenz, Astigmatismus) nicht während der Installation vor Ort demonstriert wird, sondern über ein Testprotokoll des gelieferten Systems dokumentiert ist.
- 3) Auch die Angabe der Pulslänge mit 140 ± 20 fs im Testdatenblatt ist aus unserer Sicht akzeptabel.

Die o.g. Antwort der Vergabestelle auf die Bieterfragen ersetzen bzw. ergänzen die Vergabeunterlagen entsprechend und werden somit bei späterer Auftragserteilung ebenfalls Vertragsgegenstand. Wir bitten daher um entsprechende Beachtung im Rahmen der Angebotserstellung.

Mit freundlichen Grüßen
i. A.
Vergabestelle