



Vergabenummer:

11/2026/DE/E16

Vorhaben:

OCT- Gerät mit OCT-A, FAG und ICG

Lfd. Nr.	Anforderungen	Bewertungs- kriterium	ANTWORT BIETER (alle Felder/Zellen sind zwingend vom Bieter auszufüllen)	
			Antwort JA/NEIN	Angaben Bieter (sonstige Angaben)
<b>1. Spezifisch Leistungskriterien</b>				
1.1	Spectral Domain Optische Kohärenztomographie (OCT) mit variabler Scan-Frequenz (20 - 125 kHz)	A - Mindestkriterium		
1.2	Hersteller / Gerätetyp:	I - Information		
1.3	Markteinführung (Jahr)	I - Information		
1.4	Modularer Aufbau / nachträgliche Aufrüstbarkeit	A - Mindestkriterium		
1.5	Modul für OCT-Angiographie	A - Mindestkriterium		
1.6	Modul für Fluorescein-Angiographie (FLA/FAG)	A - Mindestkriterium		
1.7	Modul für Indocyanin-Grün-Angiographie (ICG)	A - Mindestkriterium		
1.8	Modul für Blau-Autofluoreszenz	A - Mindestkriterium		
1.9	Weitwinkel-Bildgebung (mind. 50°)	A - Mindestkriterium		
1.10	Instrumenten-Hubtisch	A - Mindestkriterium		
1.11	PC für Steuerung des Geräts und Archivierung von Daten	A - Mindestkriterium		
1.12	DICOM-fähig / Integration in bestehendes PACS-System (Zeiss FORUM)	A - Mindestkriterium		
1.13	Kompatibilität mit Altdaten (HE Spectralis) für Follow-Up-Untersuchungen	A - Mindestkriterium		
<b>2. Allgemein Leistungskriterien</b>				
2.1	Anwendertraining inklusive	A - Mindestkriterium		
2.2	Lieferung frei Verwendungsstelle	A - Mindestkriterium		
2.3	Aufbau, Installation und Einweisung	A - Mindestkriterium		
2.4	<b>Ein vollständiges Gesamtangebot ist als Anlage (B-06) den Ausschreibungsunterlagen beizufügen.</b>	A - Mindestkriterium		



2.5	Mindestens 1 Jahr Vollgarantie (volle Herstellergarantie) inklusive aller Ersatzteile und Arbeitszeit. Die Reparatur erfolgt entweder vor Ort oder durch einen kostenfreien Abhol- und Bringservice (inkl. Transportversicherung). Im Fall der Einsendung ist die Bereitstellung eines Leihgeräts für die Dauer der Reparatur sicherzustellen.	A - Mindestkriterium		
2.6	Mit der Angebotsabgabe ist ein Service- und Wartungskonzept sowie einen entsprechenden Vertragsentwurf mit einer Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten vorzulegen. Der AG behält sich das Recht vor, den Vertrag nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist abzuschließen.	I - Information		

**Hinweis:** Die Voraussetzung für die Zuschlagserteilung ist die Erfüllung der in der Leistungsbeschreibung und dem Leistungsverzeichnis definierten Mindestanforderungen. Sollte eine der Anforderungen nicht erfüllt sein, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen. Die rot markierten Spalten sind zwingend komplett vom Bieter auszufüllen. Hier geforderte Dokumente und Zertifikate sind **zwingend** dem Angebot beizufügen.

**Wertungslegende**

A: Ausschlusskriterium; Bei Angabe „Nein“ Ausschluss aus der Wertung.

Das Dokument ist im Excel-Format und PDF-Format abzugeben. Alle funktionalen Leistungskriterien sind im Angebote preislich berücksichtigt.

Ort, Datum, Firma, Vor- und Nachname des Erklärenden Bieters gemäß §126b BGB (Textform)