

Klarstellungen zum ausgeschriebenen Auftrag

Datum: 02.03.2026

Vergabenummer: R-II/21-2026/06

Auftrag: Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Verbrauchsmaterialien für
Laboratorien

Antworten auf Bieterfragen

- 7. Frage zu Los 1, Pos. 23: Laut unseren Informationen bezieht sich die angegebene Bestellnummer 9.276 476 auf einen Messkolben mit NS12/21. Dies widerspricht der angegebenen Beschreibung „Messkolben, 25 ml, DURAN, Klasse A, blau graduiert, mit Glas-Stopfen NS14/23“. Welche Angabe ist korrekt?**

Antwort: Die korrekte Artikelbeschreibung lautet „Messkolben, 25 ml, DURAN, Klasse A, blau graduiert, mit Glas-Stopfen NS 12/21“ und wurde im Leistungsverzeichnis Los 1, Pos. 23 entsprechend geändert.

Für die Angebotsabgabe ist das geänderte Preisblatt der Datei „2026-03-02_Los 1 - Glas.xlsx“ zu verwenden.

Wenn weitere Fragen zum Auftragsgegenstand gestellt werden, werden diese unter fortlaufender Nummerierung und Angabe des Datums der Beantwortung in einer separaten Datei veröffentlicht.