

Angebotsbewertungsmethoden und -kriterien

2026-00168-251210 : System für vollautomatisierte Objekträgerfärbung

UVgO - Öffentliche Ausschreibung

Wertungsmethode der Vergabe

Wertungsmethode	Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird durchgeführt nach der Preis-Quotienten-Methode, gewichtet nach Preis (50%) und Kriterien (50%).
Gewichtung des Preises	50.00 %
Gewichtung der Kriterien	50.00 %

Wertungskriterien der Vergabe

1 Ausschlusskriterien

Beschreibung	-Keine Angabe-
Art	Qualitätskriterium
Typ	Ausschlussgruppe
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt

1.1 Bereitstellung eines vollautomatischen Systems zur immunhistochemischen und in-situ-Hybridisierungs-Färbung

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.2 Vollständige Automatisierung von Vorbehandlung bis Gegenfärbung

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.3 Offenes System zur Verwendung primärer Antikörper verschiedener Hersteller

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.4 QM/QS- konforme Prozessierung für IHC-/ISH-Panels und QC-Standards

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.5 benötigte Lizenzschlüssel für ausgewählte Module/Tests sind Bestandteil des Systems

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.6 Gültigkeit von Lizenzschlüsseln auf Systemlebenszeit

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.7 Das System und die verwendeten Produkte müssen gemäß der Verordnung (EU) 2017/746 über In-vitro-Diagnostika (IVDR) CE-gekennzeichnet sein

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.8 Anzahl gleichzeitig bearbeitbarer Objekträger mindestens 30 Slides

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.9 Möglichkeit im Betrieb-Nachladen von Slides und Reagenzien

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.10 Unabhängige Temperatursteuerung

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.11 Reagenzienkapazität mindestens 35 Positionen

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.12 Typischer Tagesdurchsatz mehr als 80 Slides / Tag

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.13 Zeit bis zum ersten Ergebnis weniger 2,5 h

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.14 Verbrauch pro Färbung weniger 250 µl Antikörperlösung

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.15 Das System ermöglicht funktionsfähige Schnittstelle zum LIS(Nexus)

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.16 Maximale Systemabmessungen B:140cm T:110cm H:220cm

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.17 Transport zum Aufstellort

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.18 Installation / Inbetriebnahme

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.19 IQ/OQ-Dokumentation

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

1.20 Vollwartungsvertrag für 5 Jahre

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2 Bewertungskriterien

Beschreibung	-Keine Angabe-
Art	Qualitätskriterium
Typ	Bewertungsgruppe
Gewichtung	1.000 P
Mindestanforderung	Keine

2.13 Bedienung des Systems mit Touchscreen + PC-Software

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.25 Geräteeinweisung für mindestens 4 Mitarbeitende

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.24 Wärmeabgabe weniger 1000 BTU/h

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.23 Stromversorgung 100-240 V, 50/60 Hz

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.22 Gewicht ohne Flüssigkeiten <300kg

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.21 Erkennung des Systems von bedruckten Objektträgern (Nexus), Text und QR-Barcodes

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.20 Verarbeitung standardisierter Objektträger 25×75 mm bzw. 26×76 mm

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.19 Abfalltrennung, wässrig und Öl getrennt

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.18 Automatischer DAB-Abbau

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.17 Datenexport in PDF und XML

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.16 Exportierbarer Audit-Trail

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.15 QC-/QA-Berichte, Lot-zu-Lot-Vergleich

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.14 Lieferung PC und Betriebssystem, Windows vorinstalliert, Administration durch Krankenhaus IT-Abteilung

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.1 zusätzliche Verfahren SISH und Dual-ISH möglich

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.12 Zentrales Bedien-und Steuersystem (mind. 1-4 Geräte steuerbar)

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.11 Reagenzienidentifikation per Barcode

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.10 Optionale Nutzung von Lab-developed-Tests

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.9 Kompatibilität zu SISH, CISH, ISH

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.8 Unterstützung von Single, Dual und Multiplex-IHC

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.7 Anzahl verfügbarer validierter IVD-Tests mindestens 200

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.6 Möglichkeit des Betriebs mit Vorratsreagenzien, mindestens 7 verschiedene, Wechsel im Betrieb

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.5 Verbrauch pro Färbung weniger 150 µl Antikörperlösung

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.4 Temperaturkontrolle für einzelne Slidepositionen im Bereich 20-100 °C

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.3 Bereitstellung von klinisch validierten Begleitassays für onkologische Therapie durch den Bieter

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen

2.2 Objektträger unabhängig voneinander Laden und Entfernen

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	40 P
Ausprägung	Mit Erfüllungsgraden
Anzahl Erfüllungsgrade	2
Punktzahl 10	ja
Punktzahl 0	nein
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Auswahl einer aus mehreren Optionen
