

Pos.	Kriterium	Gewicht in %	Punkte	Summe
I	Grundsätzliche Leistungsmerkmale des Spektrometers	20	10	200
	Anforderung: Laserklasse 1, duales Lasersystem mit mindestens 2 Laserwellenlängen (785 nm und 852nm), Mindest-Spektralbereich: 3200 - 300 cm ⁻¹ , spektrale: Auflösung: mindestens 10 cm ⁻¹			
II	Besonderheiten bei Anwendung und Auswertung	15	10	150
	aktive Fluoreszenzunterdrückung zum besseren Detektieren der Signale, Spektrenbibliothek von Materialien aus dem Bereich Kunst- und Kulturgut, durch eine Person bedienbar mit einem Gewicht bis zu 3kg.			
III	im Gesamtpreis integrierte Installation mit Vor-Ort-Service (1 Tag)	5	10	50
IV	Preis	60	10	600
Summe		100	40	1000