

Erklärung zur Leistungsbeschreibung

Diese Leistungsbeschreibung ersetzt NICHT ein inhaltliches Angebot.

Ein inhaltliches Angebot ist zwingend mit Briefkopf erforderlich (inhaltlich nach DIN-5008).

Die letzte Spalte "Angabe durch Bieter" ist von Ihnen für jede einzelne Zeile auszufüllen. Tragen Sie dort den tatsächlichen Wert Ihres angebotenen Produkts ein (z. B. "2925 mm", "0,9 mm", "5/8 ZpZ"). Bei exakter Übereinstimmung mit der Anforderung genügt auch "", "i.O." oder "erfüllt". Die Spalte ist kein Preisfeld. Preise sind ausschließlich in der letzten Zeile (Gesamtpreis) einzutragen.

Beispiel KORREKTE AUSFÜHRUNG

Beispiel KORREKTE AUSFÜHRUNG

Leistungsbeschreibung (Spezifischer Teil)						
Äpfel						
Losnummer: ##			Geschäftszeichen: #####			
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien						
Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals - wenn erfüllt, "erfüllt" eintragen)
1	Apfel	Anzahl	3 Stück	A		erfüllt
2		Gewicht	150 g	A		erfüllt
3		Haltbarkeit	mindestens 3 Tage	B	20,00%	5 Tage
4		Anschaffungspreis		B	80,00%	10.000,00 EUR
Gesamtbewertung					100%	



-Merkmal bestätigt

-Ausprägung ausgefüllt
-Preis eingetragen

Beispiel INKORREKTE Ausführung

Beispiel inkorrekte Darstellung

Leistungsbeschreibung (Spezifischer Teil)						
Äpfel						
Losnummer: ##			Geschäftszeichen: #####			
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien						
Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals - wenn erfüllt, "erfüllt" eintragen)
1	Apfel	Anzahl	3 Stück	A		3 EUR / Stück
2		Gewicht	150 g	A		Art. Nr. 435132145
3		Haltbarkeit	mindestens 3 Tage	B	20,00%	
4		Anschaffungspreis		B	80,00%	erfüllt
Gesamtbewertung					100%	



-Stückpreis
-Art. Nr. zählt nicht als Ausprägung
-leere Felder
-Preis nicht eingetragen

Leistungsbeschreibung (Spezifischer Teil)	
Defibrillator	
Losnummer: 01	Geschäftszeichen: Antrag1_HH_2026-07-29
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien	

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals)
1	Allgemein	Funktion	Als Maßnahme zur Erhöhung des Arbeitsschutzes sollen alle Hallen mit baugleichen Defibrillatoren ausgestattet werden.	I		
2	Allgemeiner Teil	Inhalt der Ausschreibung	- 4x Defibrillator inkl. Zubehör	A		
3	Technische Kriterien	Bedienungsmodus	vollautomatische Schockabgabe	A		
4	Technische Kriterien	Wellenform	biphasisch abgeschnittener Exponentialimpuls	A		
5	Technische Kriterien	Kompensation	Spannungs- und Impulsdauerkompensation für Patientenimpedanz	A		
6	Technische Kriterien	Impedanzbereich	mind. im Bereich von 10 bis 300 Ohm	A		
7	Technische Kriterien	Energiegenauigkeit (in 50 Ohm)	max. 10%	A		
8	Technische Kriterien	Energieausgabesequenz	mehrstufig	A		
9	Technische Kriterien	Konfigurierbarkeit der Energieausgabesequenz	mind. im Bereich von 150 bis 360 Joule	A		
10	Technische Kriterien	Handlungsempfehlung (Schock)	über EKG-Analyse	A		
11	Technische Kriterien	Rhythmuserkennung	gemäß IEC 60601-2-4	A		
12	Technische Kriterien	CPR-Artefaktfilterung	vorhanden	A		
13	Technische Kriterien	HLW-Coaching	Anweisung und Feedback zur Herz-Lungen-Wiederbelebung	A		
14	Technische Kriterien	Kindermodus	Umschaltung über Taste	A		
15	Technische Kriterien	Sprachen	Deutsch und Englisch	A		
16	Technische Kriterien	Haltbarkeit Batterie (Stand-By)	mind. 4 Jahre	A		
17	Technische Kriterien	Haltbarkeit Elektroden	mind. 4 Jahre	A		

Defibrillator	
Losnummer: 01	Geschäftszeichen: Antrag1_HH_2026-07-29
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien	

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals)
18	Technische Kriterien	Beständigkeit (Wasser/Staub)	IPX5	A		
19	Technische Kriterien	Selbstfunktionstest	implementiert	A		
20	Technische Kriterien	Bereitschaftsanzeige	vorhanden	A		
21	Technische Kriterien	Kinderelektroden	vorhanden	A		
22	Technische Kriterien	Klassifizierung	Medizinprodukt gemäß MDR 2017/745	A		
23	Technische Kriterien	Kapazität	ausreichend für mind. 100 Schocks (360 Joule)	A		
24	Technische Kriterien	EKG-Speicher (Aufnahmedauer)	mind. 60 min	A		
25	Technische Kriterien	Kommunikation	mindestens über: - WLAN - USB	A		
26	Zubehör	Wandhalterung	Kompatibel zum Gerät	A		
27	Anschaffung	Inbetriebnahme	Inbetriebnahme/Funktionskontrolle der Geräte vor Ort, Erstellung eines Medizinproduktebuches inkl. Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll gemäß §11 Absatz 1 Nr. 2 MPBetreibV (Medizinproduktebetreiberverordnung)	A		
28	Anschaffung	Schulung	Einweisung der beauftragten Person gemäß §11 Absatz 2 MPBetreibV (Medizinproduktebetreiberverordnung) in die technischen Spezifikationen des AED	A		
29	Anschaffung	Lieferzeit	Die Lieferung und Abrechnung aller in der Leistungsbeschreibung aufgeführter Güter ist spätestens 8 Wochen nach Auftragsvergabe abzuschließen.	A		

Defibrillator						
Losnummer: 01			Geschäftszeichen: Antrag1_HH_2026-07-29			
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien						
Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals)
30	Anschaffung	Anschaffungspreis		B	100,00%	€
Gesamtbewertung					100%	