

Erklärung zur Leistungsbeschreibung

Diese Leistungsbeschreibung ersetzt NICHT ein inhaltliches Angebot.

Ein inhaltliches Angebot ist zwingend mit Briefkopf erforderlich (inhaltlich nach DIN-5008).

Die letzte Spalte "Angabe durch Bieter" ist von Ihnen für jede einzelne Zeile auszufüllen. Tragen Sie dort den tatsächlichen Wert Ihres angebotenen Produkts ein (z. B. "2925 mm", "0,9 mm", "5/8 ZpZ"). Bei exakter Übereinstimmung mit der Anforderung genügt auch "", "i.O." oder "erfüllt". Die Spalte ist kein Preisfeld. Preise sind ausschließlich in der letzten Zeile (Gesamtpreis) einzutragen.

Beispiel KORREKTE AUSFÜHRUNG

Leistungsbeschreibung (Spezifischer Teil)						
Äpfel						
Losnummer: ##			Geschäftszeichen: #####			
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien						
Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals - wenn erfüllt, "erfüllt" eintragen)
1	Apfel	Anzahl	3 Stück	A		erfüllt
2		Gewicht	150 g	A		erfüllt
3		Haltbarkeit	mindestens 3 Tage	B	20,00%	5 Tage
4		Anschaffungspreis		B	80,00%	10.000,00 EUR
Gesamtbewertung					100%	



-Merkmal bestätigt

-Ausprägung ausgefüllt
-Preis eingetragen

Beispiel INKORREKTE Ausführung

Leistungsbeschreibung (Spezifischer Teil)						
Äpfel						
Losnummer: ##			Geschäftszeichen: #####			
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien						
Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals - wenn erfüllt, "erfüllt" eintragen)
1	Apfel	Anzahl	3 Stück	A		3 EUR / Stück
2		Gewicht	150 g	A		Art. Nr. 435132145
3		Haltbarkeit	mindestens 3 Tage	B	20,00%	
4		Anschaffungspreis		B	80,00%	erfüllt
Gesamtbewertung					100%	



-Stückpreis
-Art. Nr. zählt nicht als Ausprägung
-leere Felder
-Preis nicht eingetragen

Leistungsbeschreibung (Spezifischer Teil)	
Multimessgerät Arbeitsplatz	
Losnummer: 02	Geschäftszeichen: Antrag1_HH_2026-07-29
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien	

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals)
1	Allgemein	Funktion	Um unter arbeitsschutzrechtlichen Gesichtspunkten das Klima am Arbeitsplatz objektiv analysieren zu können wird ein Multimessgerät für Arbeitsplätze benötigt.	I		
2	Allgemeiner Teil	Inhalt der Ausschreibung	- 1x Multimessgerät inkl Zubehör	A		
3	Technische Kriterien	Messgrößen	mindestens: - Lufttemperatur und Taupunkt - Globetemperatur - relative Luftfeuchtigkeit - Luftgeschwindigkeit - Lärmpegel - Beleuchtungsstärke - Flimmerfrequenz - Leuchtdichte/-kontraste - TVOC - CO2 - CO - Feinstaub - Klimasummenmaß	A		
4	Technische Kriterien	Lufttemperatur - Messbereich	mindestens im Bereich von -20 bis +50 °C	A		
5	Technische Kriterien	Lufttemperatur - Toleranz	max. +/- 0,5 °C	A		
6	Technische Kriterien	Lufttemperatur - Auflösung	max. 0,1 °C	A		
7	Technische Kriterien	Globetemperatur - Messbereich	mindestens im Bereich von -20 bis +70 °C	A		

Multimessgerät Arbeitsplatz	
Losnummer: 02	Geschäftszeichen: Antrag1_HH_2026-07-29
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien	

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals)
8	Technische Kriterien	Globetemperatur - Toleranz	max. +/- 0,7 °C (im Bereich von 0 - 70 °C)	A		
9	Technische Kriterien	Globetemperatur - Auflösung	max. 0,1 °C	A		
10	Technische Kriterien	relative Luftfeuchtigkeit - Messbereich	mindestens im Bereich von 10 bis 90 %	A		
11	Technische Kriterien	relative Luftfeuchtigkeit - Toleranz	max. +/- 4 %	A		
12	Technische Kriterien	relative Luftfeuchtigkeit - Auflösung	max. 0,1 %	A		
13	Technische Kriterien	Luftgeschwindigkeit - Messbereich	mindestens im Bereich von 0 bis 5 m/s	A		
14	Technische Kriterien	Luftgeschwindigkeit - Toleranz	max. +/- 10%	A		
15	Technische Kriterien	Luftgeschwindigkeit - Auflösung	max. 0,01 m/s	A		
16	Technische Kriterien	Lärmpegel - Messbereich	mindestens im Bereich von 30 bis 135 dB(A)	A		
17	Technische Kriterien	Lärmpegel - Toleranz	max. +/- 1 dB(A)	A		
18	Technische Kriterien	Lärmpegel - Auflösung	max. 0,1 dB(A)	A		
19	Technische Kriterien	Beleuchtungsstärke - Messbereich	mindestens im Bereich von 50 bis 30.000 Lux	A		
20	Technische Kriterien	Beleuchtungsstärke - Toleranz (V-Lambda Anpassung)	max. 7,5 %	A		
21	Technische Kriterien	Beleuchtungsstärke - Toleranz (Cos-getreue Bewertung)	max. 4 %	A		
22	Technische Kriterien	Beleuchtungsstärke - Toleranz (Linearität)	max. 3 % zzgl. +/- 1 Lux	A		
23	Technische Kriterien	Beleuchtungsstärke - Auflösung	max. 1 Lux	A		
24	Technische Kriterien	Flimmerfrequenz - Messbereich	mindestens im Bereich von 0 bis 1.000 Hz	A		
25	Technische Kriterien	Flimmerfrequenz - Toleranz	max. +/- 0,2 Hz	A		
26	Technische Kriterien	Flimmerfrequenz - Auflösung	max. 0,1 Hz	A		
27	Technische Kriterien	Leuchtdichte - Messbereich	mindestens im Bereich von 10 bis 2.000 cd/m²	A		
28	Technische Kriterien	Leuchtdichte - Toleranz	max. +/- 10 %	A		
29	Technische Kriterien	Leuchtdichte - Auflösung	max. 0,1 cd/m²	A		

Multimessgerät Arbeitsplatz	
Losnummer: 02	Geschäftszeichen: Antrag1_HH_2026-07-29
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien	

Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals)
30	Technische Kriterien	Kohlenstoffdioxid - Messbereich	mindestens im Bereich von 0 bis 10.000 ppm	A		
31	Technische Kriterien	Kohlenstoffdioxid - Toleranz	max. +/- 75 ppm	A		
32	Technische Kriterien	Kohlenstoffdioxid - Auflösung	max. 1 ppm	A		
33	Technische Kriterien	TVOC - Messbereich	mindestens im Bereich von 100 bis 2.000 ppb	A		
34	Technische Kriterien	TVOC - Toleranz	max. +/- 15 %	A		
35	Technische Kriterien	TVOC - Auflösung	max. 1 ppb	A		
36	Technische Kriterien	Kohlenstoffmonoxid - Messbereich	mindestens im Bereich von 0 bis 500 ppm	A		
37	Technische Kriterien	Kohlenstoffmonoxid - Toleranz	max. +/- 5 ppm	A		
38	Technische Kriterien	Kohlenstoffmonoxid - Auflösung	max. 1 ppm	A		
39	Technische Kriterien	PM1 - Messbereich	mindestens im Bereich von 0 bis 1.000 µg/m³	A		
40	Technische Kriterien	PM1 - Toleranz	max. 15 % (im Bereich von 101 - 1.000 µg/m³)	A		
41	Technische Kriterien	PM1 - Auflösung	max. 0,1 µg/m³	A		
42	Technische Kriterien	PM2,5 - Messbereich	mindestens im Bereich von 0 bis 1.000 µg/m³	A		
43	Technische Kriterien	PM2,5 - Toleranz	max. 15 % (im Bereich von 101 - 1.000 µg/m³)	A		
44	Technische Kriterien	PM2,5 - Auflösung	max. 0,1 µg/m³	A		
45	Technische Kriterien	PM10 - Messbereich	mindestens im Bereich von 0 bis 1.000 µg/m³	A		
46	Technische Kriterien	PM10 - Toleranz	max. 30 % (im Bereich von 101 - 1.000 µg/m³)	A		
47	Technische Kriterien	PM10 - Auflösung	max. 0,1 µg/m³	A		
48	Technische Kriterien	Anzeige	Farbdisplay mit Touchscreen	A		
49	Technische Kriterien	Klassifizierung Lärmmessung	Klasse 2 nach DIN EN 61672-1	A		
50	Technische Kriterien	Klassifizierung Beleuchtungsmessung	Klasse C nach DIN 5032-7	A		

Multimessgerät Arbeitsplatz						
Losnummer: 02			Geschäftszeichen: Antrag1_HH_2026-07-29			
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien						
Nr.	Kategorie	Kriterium	Anforderung	Art des Kriteriums	Gewichtung	Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals)
51	Technische Kriterien	Software	mit mindestens folgenden Funktionen: - Vorbereitung - Auswertung - Dokumentation	A		
52	Technische Kriterien	Datenlogger	integriert	A		
53	Technische Kriterien	Ermittelte Werte	mindestens die folgenden Werte sind durch gezielte Messungen zu ermitteln: - PMV/ PPD-Indizes - Klimasummenmaß	A		
54	Technische Kriterien	Sofort-Vergleich	Einordnung und Bewertung der Messwerte anhand der ASR-Bestimmungen	A		
55	Technische Kriterien	Zubehör	Transportkoffer/ Taschen, USB-Netzteile, Stative, Verbindungskabel für alle Geräte und Messsonden	A		
56	Technische Kriterien	Akustischer Kalibrator	Eignung für IEC 60942:2003	A		
59	Anschaffung	Lieferzeit	Die Lieferung und Abrechnung aller in der Leistungsbeschreibung aufgeführter Güter ist spätestens 8 Wochen nach Auftragsvergabe abzuschließen.	A		
60	Anschaffung	Anschaffungspreis		B	100,00%	€
Gesamtbewertung					100%	