

## **Angebotsbewertungsmethoden und -kriterien**

04557 : Entwässerungsautomat

VgV - Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb

### **Wertungsmethode der Vergabe**

<b>Wertungsmethode</b>	Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird durchgeführt nach der Preis-Quotienten-Methode, gewichtet nach Preis (50%) und Kriterien (50%).
<b>Gewichtung des Preises</b>	50.00 %
<b>Gewichtung der Kriterien</b>	50.00 %

## Wertungskriterien der Vergabe

---

### 1 Automat

Beschreibung	-Keine Angabe-
Art	Qualitätskriterium
Typ	Bewertungsgruppe
Gewichtung	100 %
Mindestanforderung	Keine

---

#### 1.1 Kontinuierliches Beladen von Patientenproben

Beschreibung	Ca alle 20 Minuten soll das Beladen von 1 bis 40 Kassetten möglich sein. Kürzeste Zeitangabe =10 Punkte/ 2. kürzeste Zeitangabe=5 Punkte/ Rest= 0 Punkte
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	20 %
Ausprägung	Standard
Kriterientyp	Graduell
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Freitext (Pflichtangabe)

---

#### 1.2 Neben Biopsien sollen auch Makroschnitte kontinuierlich beladen werden

Beschreibung	Bitte nenne Sie die größtmögliche Proben- bzw Schnittgröße; größter Wert erhält 10 Punkte, 2. größter Wert erhält 5 Punkte; rest 0 Punkte)
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	20 %
Ausprägung	Standard
Kriterientyp	Graduell
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Freitext (Pflichtangabe)

---

#### 1.3 Überwachung der Reagenzienqualität

Beschreibung	Bitte beschreiben Sie kurz wie dies funktioniert
Typ	Bewertungskriterium
Gewichtung	20 %
Ausprägung	Standard
Kriterientyp	Graduell
Mindestanforderung	Keine
Antwortoption für Bieter	Freitext (Pflichtangabe)

---

#### 1.4 Austausch der Reagenzien über unverwechselbare RTU-Gefäße

Beschreibung	-Keine Angabe-
Typ	Ausschlusskriterium
Bezeichnung für Erfüllung	Erfüllt
Bezeichnung für Nichterfüllung	Nicht erfüllt
Antwortoption für Bieter	Freitext (Pflichtangabe)

---

### 1.5 Formalin- und Xylolfreie Reagenzien

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### 1.6 keine Chemikalien-Verdünnungen notwendig bzw die Reagenzien müssen ohne weiteres am Gerät verwendbar sein

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### 1.7 Kein Reinigungsprogramm zwischen den Läufen nötig (sondern am Ende des Arbeitstages, nach manueller Anweisung/Bedienung)

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### 1.8 Qualitativ hochwertige Reagenzien für hochwertige Gewebequalität und DNA/RNA-Qualität (die Reagenzien dürfen weder die DNA/RNA noch das Gewebe beschädigen)

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### 1.9 Die gesamte Gewebeprozessierung muss innerhalb 3 Stunden abgeschlossen sein

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### 1.10 Anschluss an Abluftsystem

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### **1.11 Möglichkeit Anschluss an Service via Remotefunktion bzw. Fernalarm zur Fehlerbehebung**

<b>Beschreibung</b>	Ja (10P.) / Nein (0P.)
<b>Typ</b>	Bewertungskriterium
<b>Gewichtung</b>	20 %
<b>Ausprägung</b>	Standard
<b>Kriterientyp</b>	Graduell
<b>Mindestanforderung</b>	Keine
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### **1.12 Probentracking**

<b>Beschreibung</b>	Ja (10P.) / Nein (0P.)
<b>Typ</b>	Bewertungskriterium
<b>Gewichtung</b>	20 %
<b>Ausprägung</b>	Standard
<b>Kriterientyp</b>	Graduell
<b>Mindestanforderung</b>	Keine
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### **1.13 Im Falle eines Totalausfalls muss binnen 72 Std nach Defektmeldung ein Überbrückungsgerät zur Verfügung gestellt werden können.**

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### **1.14 Die Verschrottung nach Stilllegung des Gerätes ist inklusive**

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### **1.15 Der Bieter verpflichtet sich die Maschine mindestens 10 Jahre mit Ersatzteilen zu versorgen, dass der Betrieb der Maschine gewährleistet ist.**

<b>Beschreibung</b>	Dies gilt auch für die Betriebssoftware und zugehörige IT Komponenten (durch updates, upgrades etc..)
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

## 2 Zertifizierung

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Art</b>	Qualitätskriterium
<b>Typ</b>	Ausschlussgruppe
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt

---

### 2.1 Qualitätsmanagement nach ISO 9001.

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### 2.2 Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485.

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)

---

### 2.3 CE-Zertifikat

<b>Beschreibung</b>	-Keine Angabe-
<b>Typ</b>	Ausschlusskriterium
<b>Bezeichnung für Erfüllung</b>	Erfüllt
<b>Bezeichnung für Nichterfüllung</b>	Nicht erfüllt
<b>Antwortoption für Bieter</b>	Freitext (Pflichtangabe)