

	Lieferung von 5 Rettungswagen (RTW) Zu erbringende Nachweise	Vergabe-Nr.: ZVSt-2026-L04
---	--	--

Folgende vollständigen Prüfprotokolle (inkl. etwaiger Anlagen) sind bei Angebotsabgabe einzureichen:

- Dynamische Prüfung des Krankenraumes nach EN 1789 4.4.11 und 5.3
- Dynamische Prüfung der Haltesysteme und Befestigung der Ausrüstung nach EN 1789 4.4.11 und 5.3
- Prüfung der Sitze und Gurtpunkte nach EN 1789 4.4.5
- E1 Kennung der Zentralelektrik als elektronische Unterbaugruppe
- E1 Kennung der Blaulichtanlage als elektronische Unterbaugruppe
- Prüfung des Innengeräuschpegels gem. EN 1789 4.4.9 und 5.2
- Prüfung der Heizleistung nach EN 1789 4.4.7.2 und 5.10
- Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit nach EN 1789 4.2.2
- Prüfung der Innenbeleuchtungswerte nach EN 1789 4.4.8 und 5.12
- Prüfung des Einladebereichs EN 1789 4.3.6 und 5.6
- Abmessungen des Krankenraumes EN 1789 4.4.4.3 und 5.7
- Prüfung der Lüftungsanlage EN 1789 4.4.6.1 und 5.9
- Prüfung der Klimaanlage nach EN 1789 4.4.7.2 und 5.10
- Prüfung der Infusionsaufnahme EN 1789 4.4.10 und 5.13
- Prüfung der Kofferfestigkeit nach DIN 13500:2018-07 mit Prüfgesamtmasse 5.500 kg
- Prüfung der Geräteaufnahmen (Mediflex-Board oder gleichwertig) zur Verlastung der Medizintechnik gem. DIN EN 1789 4.4.11 und 5.3
- Prüfung der Rutschfestigkeit des Bodenbelagswerkstoffs gem. 4.4.2 und 5.5
- Prüfung der Krankentrageaufnahme nach EN 1865-5:2012
- ausgefüllte Anlage A zur DIN EN 1789
- ausgefüllte Anlage B zur DIN 13500