

Desinfektionsplan

Version	5.0	Freigegeben	Prof. Dr. M. Pietsch	Freigabedatum	28.01.2021
Seite	1	Freigegeben	Dr. W. Kohnen		

Geb. 905 – Hochhaus am Augustusplatz
Telefon +49 (0) 6131 17-3225

Für alle Produkte gilt: Änderungen können (z.B. bei Lieferengpässen) in Absprache mit Apotheke und Krankenhaushygiene erforderlich sein.

Was	Wann	Womit		Wie
Hygienische Händedesinfektion	gemäß WHO- Indikationen als Standard der UMM	Desderman® pure Poly-Alcohol Hände-Antisepticum Sterillium® classic pure Promanum® pure		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen, Einwirkzeit (EWZ) 30 Sek
Chirurgische Händedesinfektion	vor jedem den Regeln der Asepsis unterliegendem Eingriff	Desderman® pure Poly- Alcohol Hände-Antisepticum Sterillium® classic pure Promanum® pure		ggf. Hände und Unterarme 1 Minute waschen, abtrocknen und anschließend Händedesinfektionsmittel portionsweise auf Hände und Unterarme verteilen / EWZ 1,5 Min
Hautreinigung und Hautantiseptik der intakten Haut	■ falls Hautreinigung vor der Hautantiseptik erforderlich	Wasser und Seife steriles Wasser, z.B. Wasser für Spülzwecke, Wasser für Injektionszwecke Alternativ: Octeniderm® farblos		Reinigung mittels Tupfern, situationsbezogen mit einem der aufgelisteten Möglichkeiten, gereinigte Haut vor der nachfolgenden Hautantiseptik trocknen lassen
	■ vor Injektionen und Blutentnahmen	Octeniderm® farblos		Punktionsstelle einsprühen oder mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tupfer abwischen. Haut während der gesamten Einwirkzeit feucht halten, EWZ 15 Sek
	■ vor dem Legen von Venenverweilkathülen	Octeniderm® farblos		Punktionsstelle einsprühen oder mit sterilen, desinfektionsmittelgetränkten Tupfern abwischen. Haut während der gesamten Einwirkzeit feucht halten, EWZ 30 Sek
	■ vor Punktionen von Gelenken, Hohlorganen und Körperhöhlen ■ vor Anlage zentraler Gefäßkatheter	Octeniderm® farblos		Punktionsstelle einsprühen oder mit sterilen desinfektionsmittelgetränkten Tupfern abwischen. Haut während der gesamten Einwirkzeit feucht halten, EWZ 2 Min
	■ vor operativen Eingriffen	Octeniderm® farblos Kodan® Tinktur forte gefärbt		Präoperative Hautantiseptik des OP-Gebietes: 1. mechanisch intensivierter Auftrag (30 Sek.) mit sterilen desinfektionsmittelgetränkten Tupfern und/oder Kompressen 2. nachfolgende Benetzung der Haut mit der Gesamtdauer der Einwirkzeit, EWZ 2 Min
Wund- und Katheterpflege	ZVK - Pflege	Octenisept®		Besprühen der zu behandelnden Fläche. Wunde muss vollständig benetzt sei, EWZ 1 Min Verband erst nach vollständigem Abtrocknen anlegen.
Schleimhautantiseptik	vor invasiven Eingriffen	Octenisept®		EWZ 2 Min
		Braunol® Lösung (PVP-Jod)		unverdünnte Lösung auftragen, EWZ mind. 2 Min
Aufbereitung von Medizinprodukten (maschinell)		thermisch oder chemothermisch		Aufbereitungsprozess gemäß KRINKO- und BfArM-Empfehlungen im Reinigungs- und Desinfektionsgerät und den Herstellerangaben
Aufbereitung von Medizinprodukten (manuell)	unkritische Medizinprodukte	Gigasept® Instru AF	1,5 % / 60 min 2,0 % / 30 min 3,0 % / 15 min	Aufbereitungsprozess gemäß KRINKO- und BfArM-Empfehlungen und den Herstellerangaben
	semikritische und kritische Medizinprodukte	Produkt nach Herstellerangaben		Rücksprache mit der AEMP (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte) und der Krankenhaushygiene
Ultraschallgerät Schallkopf/ Sonden für die Anwendung bei intakter Haut	nach jeder Untersuchung	Mikrobac® Tissues Cleanisept® wipes		Wischdesinfektion mit gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteltüchern, Produkt und Anwendung gemäß Herstellerangaben
Gebrauchsgegenstände und Geräte (manuell) gemäß Herstellerangaben	täglich, nach möglicher Kontamination und bei Bedarf	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion mit gebrauchsfertiger Lösung gemäß Herstellerangaben
		Gigasept® Instru AF	1,5 % / 1 Std 2,0 % / 30 min 3,0 % / 15 min	Nach Herstellerangaben: Vorreinigung bei organischer Verschmutzung, Eintauchdesinfektion in gebrauchsfertiger Lösung entsprechend der EWZ, abschließende Wischdesinfektion, danach Gegenstände abtrocknen lassen
Waschbecken, Badewannen, Sanitäreinrichtungen	täglich und bei Bedarf	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion mit gebrauchsfertiger Lösung
		S&M® Desinfektionsreiniger AF	gebrauchsfertiges Konzentrat	Konzentrat auftragen, EWZ 1 Min, anschließend abspülen
Flächendesinfektion	täglich und bei Bedarf	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion mit desinfektionsmittelgetränkten Einmal- Feuchttuchspendersystemen (schülke wipes safe & easy, bagless system, Standzeit 28 Tage) Unterhaltsreinigung: Wischdesinfektion mit gebrauchsfertiger Lösung
		Terralin® liquid		Spritzflasche zur Wischdesinfektion, nur auf kleinen Flächen anwenden
		Cleanisept® wipes Mikrobac® Tissues Mikrobac® Tissues XXL		Industriell hergestellte Desinfektionstücher (Flowpack), Wischdesinfektion gemäß Herstellerangaben, mit Wasser nachwischen
Desinfizierende Fußbodenreinigung	täglich und bei Bedarf	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Unterhaltsreinigung entsprechend den vertraglich vereinbarten Vorgaben

Desinfektionsmaßnahmen bei besonderen Erregern				
Erreger	Was wird wann gemacht	Womit		Wie
Adenoviren	laufende Desinfektion	Optisal® plus	1,0 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Schlussdesinfektion	Perform®	1,0 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit 24 Std)
	Händedesinfektion	Softa-Man® acute Desderman® pure Promanum® pure	EWZ 60 Sek. EWZ 30 Sek. EWZ 30 Sek.	3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen
Clostridioides difficile (mit Toxin- Nachweis)	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Perform®	1,0 % / 2 Std	Wischdesinfektion (Standzeit 24 Std)
	Händedesinfektion	Standard der UMM, siehe erste Zeile		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen, anschließend Händewaschen, EWZ 30 Sek.
Hepatitis B-, C-, D- Virus Humane Immundefizienz-Viren (HIV)	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Händedesinfektion	Standard der UMM, siehe erste Zeile		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen EWZ 30 Sek
Hepatitis A-, E- Virus	laufende Desinfektion	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std. 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	gezielte Desinfektion Schlussdesinfektion	Perform®	2,0 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit 24 Std.)
	Händedesinfektion	Softa-Man® acute	EWZ 60 Sek.	3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen
Influenza A und B Virus, Parainfluenza Virus, humanes Metapneumovirus, RSV, Coronavirus	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Händedesinfektion	Standard der UMM, siehe erste Zeile		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen EWZ 30 Sek
Multiresistente Erreger (MRE): MRSA, VRE, MRGN	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Händedesinfektion	Standard der UMM, siehe erste Zeile		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen, EWZ 30 Sek
Acinetobacter baumannii 4MRGN	laufende Desinfektion	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	2 x täglich (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Schlussdesinfektion			2 x durchführen, nach Ablauf der EWZ erfolgt die zweite Desinfektion
Masern-, Mumps-, Rötelnvirus	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Händedesinfektion	Standard der UMM, siehe erste Zeile		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen, EWZ 30 Sek
Meningokokken	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Händedesinfektion	Standard der UMM, siehe erste Zeile		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen, EWZ 30 Sek
Rhinoviren, Enteroviren	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Perform®	1,0 % / 1Std	Wischdesinfektion (Standzeit 24 h)
	Händedesinfektion	Softa-Man® acute	EWZ 60 Sek	3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen
Norovirus, Rotavirus	laufende Desinfektion Norovirus	Optisal® plus	0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	laufende Desinfektion Rotavirus	Terralin® protect Optisal® plus	1,0 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	
	Schlussdesinfektion	Perform®	0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit 24 Std.)
	Händedesinfektion	Softa-Man® acute Desderma®pure Promanum® pure	EWZ 60 Sek EWZ 30 Sek EWZ 30 Sek	3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen
Salmonellen	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Händedesinfektion	Standard der UMM, siehe erste Zeile		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen, EWZ 30 Sek
Mycobacterium tuberculosis (offene Tbc)	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Optisal® plus	1,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Händedesinfektion	Standard der UMM, siehe erste Zeile		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen, EWZ 30 Sek
Parvovirus B19	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Perform®	1,0 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit 24 Std.)
	Händedesinfektion	Softaman® acute	EWZ 60 Sek	3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen
PVL-bildender Staphylococcus aureus	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Händedesinfektion	Standard der UMM, siehe erste Zeile		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen, EWZ 30 Sek
Varizella zoster Virus	laufende Desinfektion und Schlussdesinfektion	Terralin® protect Optisal® plus	0,5 % / 1 Std 0,5 % / 1 Std	Wischdesinfektion (Standzeit des Tuchspenders 28 Tage)
	Händedesinfektion	Standard der UMM, siehe erste Zeile		3–5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen, EWZ 30 Sek

Für alle Produkte gilt: Änderungen können (z.B. bei Lieferengpässen) in Absprache mit Apotheke und Krankenhaushygiene erforderlich sein.